

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NITROFURANTOÍNA - DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 2961NIT FABRICAÇÃO: 04/21 VALIDADE: 04/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,5 mm	( 18 – 22 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	( 20 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 05 de maio de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001