

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFTRIAXONA                      DISCO COM 30 ug ( CRO 30 )

LOTE: 2962CRO

FABRICAÇÃO: 04/21

VALIDADE: 04/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,0 mm	( 22 – 28 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	( 29 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	22,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.

Manter os discos de Ceftriaxona entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de maio de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001