

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLINDAMICINA DISCO COM 02 ug (CLI 02)

LOTE: 2969CLI FABRICAÇÃO: 05/21 VALIDADE: 05/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(24 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de maio de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001