

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

GENTAMICINA                      DISCO COM 120 ug      ( GEN 120 )

LOTE: 2972GENHL              FABRICAÇÃO: 05/21              VALIDADE: 05/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	23,0 mm	(16-23 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
  - Manter os discos de Gentamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 31 de maio de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001