

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

PIPERACILINA/TAZOBACTAM - PIT 110 (100/10), DISCO COM 110 ug

LOTE: 2973PIT

FABRICAÇÃO: 05/21

VALIDADE: 05/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	36,0 mm	( 27 – 36 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	( 24 – 30 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	( 24 – 33 mm )
Escherichia coli ATCC 35218	30,0 mm	( 24 – 30 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
  - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 31 de maio de 2021.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001