

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

RIFAMPICINA - RIF 05 DISCO COM 05 ug

LOTE: 2976RIF FABRICAÇÃO: 05/21 VALIDADE: 05/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 – 34 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	34,5 mm	(30 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de junho de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001