

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

COLISTINA DISCO COM 10 ug (COL 10)

LOTE: 2982COL FABRICAÇÃO: 06/21 VALIDADE: 06/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	15,0 mm	(11 – 17 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	14,0 mm	(11 – 17 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.

Manter os discos de COLISTINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de junho de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001