

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

VANCOMICINA DISCO COM 5 ug (VAN 05)

LOTE: 2983VANE FABRICAÇÃO: 06/21 VALIDADE: 06/23

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	15,0 mm	(10 – 16 mm)	13,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	22,0 mm	(17 – 23 mm)	20,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Manter os discos de Vancomicina entre - 20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 23 de junho de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001