

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFOXITINA                      DISCO COM 30 ug (CFO 30 )

LOTE: 2984CFO

FABRICAÇÃO: 06/21

VALIDADE: 06/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 – 29 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	(24 – 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	28,5 mm	(23 – 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de junho de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001