

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 3001AMP

FABRICAÇÃO: 08/21

VALIDADE: 08/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	21,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de agosto de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001