

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TIGECICLINA                      DISCO COM 15 ug                      (TIG 15)

LOTE: 3002TIG                      FABRICAÇÃO: 08/21                      VALIDADE: 08/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(19 – 25 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	24,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli              ATCC 25922	26,5 mm	(20 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Tigeciclina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 24 de agosto de 2021.



Controle de qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001