

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFALEXINA DISCO COM 30 ug (CFE 30)

LOTE: 3003CFE FABRICAÇÃO: 08/21 VALIDADE: 08/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Cefalexina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 26 de agosto de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001