

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

POLIMIXINA B DISCO COM 300 UI (POL 300)

LOTE: 3006POL FABRICAÇÃO: 08/21 VALIDADE: 08/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	16,0 mm	(13 – 19 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	17,0 mm	(14 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de POLIMIXINA B entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de setembro de 2021.



Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001