

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA DISCO COM 100 ug (NIT 100)

LOTE: 3008NITE

FABRICAÇÃO: 08/21

VALIDADE: 08/23

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	21,0 mm	(17 – 23 mm)	20,0 mm
Escherichia coli	ATCC 25922	23,0 mm	(17 – 23 mm)	20,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	23,0 mm	(18 – 24 mm)	21,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	(25 – 31 mm)	28,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 09 de setembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001