

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFOTAXIMA                      DISCO COM 5 ug ( CTX 05 )

LOTE: 3011CTXE                      FABRICAÇÃO: 09/21                      VALIDADE: 09/23

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	29,0 mm	( 25 – 31 mm )	28,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	31,0 mm	( 28 – 34 mm )	31,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado - Mueller** Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
  - Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração entre - 20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 24 de setembro de 2021.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001