

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 10 UI (PEN 10)

LOTE: 3014PEN FABRICAÇÃO: 09/21 VALIDADE: 09/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 - 37 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
 - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 21 de setembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001