

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TETRACICLINA DISCO COM 30 ug (TET 30)

LOTE: 3015TET FABRICAÇÃO: 09/21 VALIDADE: 09/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,5 mm	(24 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	(23 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	25,0 mm	(18 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de setembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001