

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PENICILINA G (Benzilpenicilina) DISCO COM 1 UI (PEN 01)

LOTE: 3021PENE FABRICAÇÃO: 09/21 VALIDADE: 09/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus ATCC 29213	14,5 mm	(12 - 18 mm)	15,0 mm
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	19,0 mm	(16 – 22 mm)	19,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar –DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
 - Manter os discos de PENICILINA G entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 06 de outubro de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001