

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

NOVOBIOCINA      DISCO COM 5ug      (NOV 05)

LOTE: 3032NOVID      FABRICAÇÃO: 11/21      VALIDADE: 11/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus    ATCC BAA 750	7,0 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.  
Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco.  
Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de novembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001