

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

LINEZOLIDA          DISCO COM 10 ug          (LNZ 10)

LOTE: 3037LNZE          FABRICAÇÃO: 11/21          VALIDADE: 11/23

**TESTE QUALITATIVO**

|                          |            | Valor obtido | Valor Esperado | Alvo    |
|--------------------------|------------|--------------|----------------|---------|
| Staphylococcus aureus    | ATCC 29213 | 25,0 mm      | ( 21 – 27 mm ) | 24,0 mm |
| Enterococcus faecalis    | ATCC 29212 | 24,0 mm      | ( 19 – 25 mm)  | 22,0 mm |
| Streptococcus pneumoniae | ATCC 49619 | 28,0 mm      | ( 23 – 29 mm)  | 26,0 mm |
| Homogeneidade: de acordo |            | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |         |

**Informações Adicionais:**

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
  - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 25 de novembro de 2021.



Controle de qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001