

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTAZIDIMA DISCO COM 10 ug (CAZ 10)

LOTE: 3057CAZE FABRICAÇÃO: 01/22 VALIDADE: 01/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli ATCC 25922	29,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm	

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2021.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 25 de janeiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001