

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: IMIPENEM

DISCO COM 10 ug (IPM 10)

LOTE: 3061IPM

FABRICAÇÃO: 01/22

VALIDADE: 01/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	29,0 mm	( 24 – 30 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	( 26 – 32 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	27,0 mm	( 20 – 28 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Imipenem armazenados entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de fevereiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001