

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MARBOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (MRB 05)

LOTE: 3062MRB FABRICAÇÃO: 02/22 VALIDADE: 02/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,5 mm	(29 – 37 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	25,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de MARBOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 12 de fevereiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001