

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/TAZOBACTAM - PIT 110 (100/10), DISCO COM 110 ug

LOTE: 3064PIT FABRICAÇÃO: 02/22 VALIDADE: 02/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	(27 – 36 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	30,0 mm	(24 – 30 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Escherichia coli ATCC 35218	29,0 mm	(24 – 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
 - Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 15 de fevereiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001