

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CIPROFLOXACINA                      DISCO COM 05 mcg    ( CIP 05 )

LOTE: 3071CIP

FABRICAÇÃO: 02/22

VALIDADE: 02/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 22 – 30 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	( 21 – 27 mm )
Enterococcus faecalis ATCC 29212	24,0 mm	( 19 – 25 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	( 29 – 38 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	( 25 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de março de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001