

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

OXACILINA DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 3074OXA

FABRICAÇÃO: 02/22

VALIDADE: 02/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	23,0 mm	(18 - 24 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	22,0 mm	(19 - 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Oxacilina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 10 de março de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001