

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 30 ug (GEN 30)

LOTE: 3084GENE FABRICAÇÃO: 03/22 VALIDADE: 03/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis ATCC 29212	17,0 mm	(12 – 18 mm)	15,0 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm	

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 14 de abril de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001