

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMICACINA DISCO COM 30 ug (AMI 30)

LOTE: 3090AMI FABRICAÇÃO: 04/22 VALIDADE: 04/24

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	25,0 mm	(20 – 26 mm)
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	24,0 mm	(18 – 24 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	25,0 mm	(19 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	26,0 mm	(18 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

- Manter os discos de AMICACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de maio de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001