

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ERITROMICINA      DISCO COM 15 ug      (ERI 15)

LOTE: 3093ERI      FABRICAÇÃO: 04/22      VALIDADE: 04/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(22 - 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	(23 - 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Eritromicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 13 de maio de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001