

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFTAZIDIMA                      DISCO COM 10 ug                      (CAZ 10)

LOTE: 3094CAZE                      FABRICAÇÃO: 05/22                      VALIDADE: 05/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm	

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 18 de maio de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001