

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFUROXIMA - DISCO COM 30 ug (CRX 30)

LOTE: 3098CRX FABRICAÇÃO: 05/22 VALIDADE: 05/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 26 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de maio de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001