

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLARITROMICINA DISCO COM 15 ug (CLA 15)

LOTE: 3101CLA FABRICAÇÃO: 05/22 VALIDADE: 05/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	(26 - 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Claritromicina entre -20° C a +8° C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 31 de maio de 2022.



Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001