RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFAZOLINA DISCO COM 30 mcg (CFZ 30)

LOTE: 3108CFZ FABRICAÇÃO: 06/22 VALIDADE: 06/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	27,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Cefazolina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de junho de 2022.

Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001