

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA - DISCO COM 30 ug - VAN 30

LOTE: 3113VAN

FABRICAÇÃO: 06/22

VALIDADE: 06/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	( 17 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Vancomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 29 de junho de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001