

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIM (SULFAZOTRIM) DISCO COM 25 ug SUT 25 (23,75/1,25)

LOTE: 3114SUT

FABRICAÇÃO: 06/22

VALIDADE: 06/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,5 mm	(24 – 32 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	32,0 mm	(26 – 32 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	31,0 mm	(26 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	29,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Sulfametoxazol/Trimetoprim (Sulfazotrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 01 de julho de 2022.



Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001