

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

NITROFURANTOÍNA - DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 3119NIT FABRICAÇÃO: 06/22 VALIDADE: 06/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	21,0 mm	(18 – 22 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(20 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 12 de julho de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001