

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

PIPERACILINA/TAZOBACTAM DISCO COM 36 ug (PIT 30/6)

LOTE: 3120PITE FABRICAÇÃO: 07/22 VALIDADE: 07/24

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	27,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Escherichia coli	ATCC 35218	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	28,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

Informações Adicionais:

- Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Piperacilina/Tazobactam entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 19 de julho de 2022.



Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001