

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

MOXIFLOXACINA DISCO COM 05 µg (MFX 05)

LOTE : 3122MFX FABRICAÇÃO: 07/22 VALIDADE: 07/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(28 - 35 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	31,0 mm	(25 – 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(28 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	(17 – 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de MOXIFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 19 de julho de 2022.



Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001