

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TEICOPLANINA DISCO COM 30 ug (TEC 30)

LOTE: 3130TEC FABRICAÇÃO: 08/22 VALIDADE: 08/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de agosto de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001