

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFTRIAXONA DISCO COM 30 ug (CRO 30)

LOTE: 3136CRO

FABRICAÇÃO: 08/22

VALIDADE: 08/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(22 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	(29 – 35 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	22,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Ceftriaxona entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de setembro de 2022.



Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001