

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CLORANFENICOL DISCO COM 30 ug (CLO 30)

LOTE: 3139CLO FABRICAÇÃO: 09/22 VALIDADE: 09/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	(19 – 26 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(20 – 28 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de CLORANFENICOL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 21 de setembro de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001