

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

TIGECICLINA DISCO COM 15 ug (TIG 15)

LOTE: 3140TIG FABRICAÇÃO: 09/22 VALIDADE: 09/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(19 – 25 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	24,0 mm	(20 – 26 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(20 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Tigeciclina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 23 de setembro de 2022.



Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001