

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

BACITRACINA - DISCO COM 10 UI (BAC 10)  
LOTE: 3144BAC FABRICAÇÃO: 09/22 VALIDADE: 09/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,5 mm	(17 - 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de outubro de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001