RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 3149AMP FABRICAÇÃO: 10/22 VALIDADE: 10/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(27 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	21,0 mm	(15 – 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	$\leq$ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de outubro de 2022.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610