

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

GENTAMICINA DISCO COM 10 ug (GEN 10)

LOTE: 3155GEN FABRICAÇÃO: 10/22 VALIDADE: 10/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,5 mm	(19 – 27 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	25,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	(19 – 26 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	(17 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de novembro de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001