

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFAZOLINA DISCO COM 30 mcg (CFZ 30)

LOTE: 3165CFZ FABRICAÇÃO: 11/22 VALIDADE: 11/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	33,0 mm	(29 – 35 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	26,0 mm	(21 – 27 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Cefazolina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de novembro de 2022.



Controle de qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001