

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFOXITINA DISCO COM 30 ug (CFO 30)

LOTE: 3177CFO

FABRICAÇÃO: 01/23

VALIDADE: 01/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	28,0 mm	(24 – 30 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	28,0 mm	(23 – 29 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de CEFOXITINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 26 de janeiro de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001