

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TETRACICLINA      DISCO COM 30 ug      (TET 30)

LOTE: 3187TET      FABRICAÇÃO: 02/23      VALIDADE: 02/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	28,0 mm	( 24 - 30 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	29,0 mm	( 23 - 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	24,0 mm	( 18 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de TETRACICLINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 01 de março de 2023.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001