

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CIPROFLOXACINA DISCO COM 05 mcg (CIP 05)

LOTE: 3190CIP

FABRICAÇÃO: 03/23

VALIDADE: 03/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(22 – 30 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	27,0 mm	(21 – 27 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	25,0 mm	(19 – 25 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	37,0 mm	(29 – 38 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	32,0 mm	(25 – 33 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações Adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de CIPROFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 14 de março de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001