RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFADROXIL DISCO COM 30 ug (CFA 30)

LOTE: 3196CFA FABRICAÇÃO: 03/23 VALIDADE: 03/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	(14 – 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**
Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
Manter os discos de CEFADROXIL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 30 de março de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001